



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 - PON "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento"



LICEO STATALE "COLUCCIO SALUTATI"

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO a indirizzo sportivo
LICEO SCIENZE UMANE opzione economico-sociale

ptps03000x@istruzione.it - sito internet www.liceosalutati.it

Tel 0572 78186 – fax 0572 74360 Via Marconi, 71 - 51016 Montecatini Terme (PT)

COD. FISC. 81003610474



LICEO STATALE - "COLUCCIO SALUTATI"-MONTECATINI TERME
Prot. 0000685 del 28/01/2023
VI-7 (Uscita)

Al Sito Web della
scuola

All'Albo

Agli Atti

Avviso pubblico prot. n. 22550/2022 "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo" - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.4A-FESRPON-TO-2022-40

Codice CUP: C24D22000170006

VERBALE DI CONFIGURAZIONE, AVVIO OPERATIVO E COLLAUDO

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di gennaio dalle ore 10.30 alle ore 12.30 il sottoscritto **Sig. Fausto Miele** alla presenza del rappresentante dell'operatore economico **Sig. Marino Croppi** ha effettuato il sopralluogo per la verifica della conformità e della corrispondenza delle apparecchiature acquistate con affidamento diretto – determina a contrarre prot. n. 6018/VI-2 del 28/11/2022 - e indicati sugli scatoloni di consegna e sulla fattura commerciale con le tipologie, le caratteristiche e le funzionalità richieste nel capitolato di gara allegato e indicate in sede di offerta.

In primo luogo si procede alla verifica della corrispondenza tra l'oggetto del contratto e le attrezzature consegnate.

In secondo luogo si passa alla verifica della conformità delle attrezzature presenti e le risultanze di tale controllo sono riportate nella seguente tabella:

Materiale:

Qt	Descrizione	Corrispondenza materiali		Motivi	Plesso Destinazione	Messa in opera	Verifica funzionamento		Note
		Sì	No				Sì	No	
1	Spettrofotometro automatizzato PROVE 300 UV e Visibile con lunghezze d'onda tra 190Nm e 1100nm, banda passante 4nm, estremamente versatile ed indicato per ogni	Sì	/		SEDE	Sì	Sì	/	Codice prodotto 1979



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Qt	Descrizione	Corrispondenza materiali		Motivi	Plesso Destinazione	Messa in opera	Verifica funzionamento		Note
	applicazione dedicata usando Kits specifici settore acque suolo e bevande) ma anche per test impegnativi, memorizzazione di curve gestione dati per test custom in assorbanza)								
1	Termoreattore a 12 posti per provette da max 16 mm per test di mineralizzazione - digestione rapida in ambiente CHIUSO (senza vapori). programmi impostabili per digestioni FISSE 8 programmi: 148 °C (20 min o 120 min), 150 °C (120 min), 120 °C (30 min, 60 min o 120 min), 100 °C (60 min).display a cristalli liquidi ampio e di facile utilizzo	SI	/		SEDE	SI	SI	/	Codice prodotto 1980
1	Kit Fosfati all inclusive Tutti i reagenti necessari per l'analisi sono contenuti nelle cuvette per la maggior parte dei parametri dell'analisi per 100 campioni range 1-300mg/l	SI	/		SEDE	SI	SI	/	Codice prodotto 1981
4	Kit Azoto Totale all inclusive Tutti i reagenti necessari per l'analisi sono contenuti nelle cuvette per la maggior parte dei parametri dell'analisi range 0,5-15 mg/l (pretrattamento campione con digestione) per 25 test	SI	/		SEDE	SI	SI	/	Codice prodotto 1982
4	Kit Potassio all inclusive Tutti i reagenti necessari per l'analisi sono contenuti nelle cuvette per la maggior parte dei parametri dell'analisi range 0,5-50 mg/l (per 25 test	SI	/		SEDE	SI	SI	/	Codice prodotto 1983



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI
pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

I FASE –RISCONTRO MATERIALE FORNITO

L'acquisizione dei dati tecnici di riscontro dei beni forniti è stata effettuata.

Dalle operazioni di verifica sopra menzionate è emerso che i beni forniti corrispondono per quantità e caratteristiche a quelli ordinati con lettera d'ordine prot. n. 6019/VI-2 del 28/11/2022.

Si riscontra che la corrispondenza è totale

II FASE – COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE

Il Collaudatore si accerta che il materiale è corrispondente a quanto ordinato e che tutto il materiale è perfettamente funzionante.

L'esito del collaudo per tali articoli è dunque positivo

Constatato l'esito favorevole dei riscontri effettuati,

CERTIFICA

che la fornitura è conforme alle prescrizioni stabilite, pertanto idonea per alle attività cui è destinata.

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la visita di collaudo si conclude alle ore 12.30 del 28 gennaio 2023.

Montecatini Terme, 28 gennaio 2023

Il collaudatore

Sig. Fausto Miele

Il rappresentante dell'operatore

Sig. Marino Croppi

